

機器利用状況

機器名	2017年度												単位
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
フローサイトメトリーシステム FACSCanto II	110	87	83	111	124	106	70	53	107	61	72	81	使用回数
セルソータ FACSAria III	10	7	11	5	12	10	10	8	5	7	8	3	使用回数
DNAシーケンサ	20	14	12	5	7	18	7	12	8	13	12	9	使用回数
3130ジェネティックアナライザ	200	94	59	28	33	71	41	52	34	57	49	33	サンプル数
DNAシーケンサ	8	15	12	3	8	15	16	13	16	14	19	16	使用回数
3500ジェネティックアナライザ	14	33	21	3	19	30	27	24	23	34	32	38	ラン数
UVサンプル撮影装置	21	22	28	27	28	17	22	15	28	30	26	33	使用回数
FAS-III	80	74	110	82	141	78	79	48	76	91	74	97	使用枚数
ルミノイメージアナライザ	11	21	6	10	16	7	12	10	6	20	27	27	使用回数
Amersham Imager 600	8.8	7.9	4.2	3.2	5.8	5.2	7.7	2.2	2.0	6.4	16.8	11.6	使用時間(h)
1μL分光光度計	83	54	53	47	40	43	24	34	36	44	65	74	使用回数
NanoDrop ND-1000													
Real Time PCR	21	11	21	16	43	26	39	27	11	7	58	52	使用回数
Step One Plus													
Thermal Cycler	13	16	9	6	16	5	14	6	10	5	21	15	使用回数
プレートリーダー	52	47	84	82	54	52	67	71	74	72	59	68	使用回数
Spectra Max M5													
液体クロマトグラフ質量分析計	4	5	4	1	7	10	12	8	11	6	6	9	使用回数
LTQvelos	68	41	54	7	79	238	265	144	221	98	152	193	サンプル数
ナノフロー4重極TOF質量分計	3	6	2	0	0	1	9	2	1	1	3	6	使用回数
Triple TOF 5600	30.3	41.2	28.2	0.0	0.0	13.0	80.2	28.2	8.7	8.7	39.0	38.3	使用時間(h)