

機器利用状況

2018年度														単位
機器名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
フローサイトメトリーシステム FACSCanto II	44	121	108	90	96	50	116	116	107	69	91	96	1104	使用回数
セルソータ FACSAria III	3	6	12	5	6	8	6	10	9	9	5	7	86	使用回数
DNAシーケンサ 3130ジェネティックアナライザ	5	11	6	10	16	7	11	12	7	15	9	12	121	使用回数
DNAシーケンサ 3500ジェネティックアナライザ	24	46	24	46	83	31	54	47	46	55	37	56	549	サンプル数
DNAシーケンサ 3500ジェネティックアナライザ	13	15	13	12	20	12	9	14	10	21	16	22	177	使用回数
UVサンプル撮影装置 FAS-III(10月からFAS-IV)	31	26	26	24	37	23	15	25	16	39	24	38	324	ラン数
ルミノイメージアナライザ Amersham Imager 600	24	48	39	35	20	-	39	35	34	23	27	27	351	使用回数
1μL分光光度計 NanoDrop ND-1000(10月からNano Drop ONE)	53	148	104	88	44	-	47	63	52	49	65	34	747	使用枚数
Real Time PCR Step One Plus	17	28	15	11	43	56	75	105	89	54	100	63	656	使用回数
Thermal Cycler	5.5	9.3	10.4	6.0	22.4	16.0	37.0	63.0	52.0	25.8	54.5	30.7	332.6	使用時間(h)
プレートリーダー Spectra Max M5	29	46	39	56	63	10	89	25	21	14	24	29	445	使用回数
液体クロマトグラフ質量分析計 LTQvelos	24	24	31	39	52	20	44	31	32	24	36	38	395	使用回数
ナノフロー4重極TOF質量分計 Triple TOF 5600	5	5	5	6	0	0	2	5	6	3	2	0	39	使用回数
	83	92	100	97	92	88	79	98	88	77	95	99	1088	使用回数
	9	10	18	7	7	7	10	8	10	7	8	6	107	使用回数
	247	245	212	144	83	150	204	164	195	171	339	163	2317	サンプル数
	3	10	4	5	3	2	4	7	7	4	2	4	55	使用回数
	30.0	56.7	20.7	49.0	102.0	62.8	26.5	48.3	66.2	43.7	28	49.8	583.7	使用時間(h)