

## P2 ウイルス感染実験室(研究棟 315 号室)

フロア型超遠心機 Optima XE-90

最大遠心力(Xg) : 694,000 × g

最高回転数(rpm) : 90,000 rpm

温度設定範囲(°C) : 0~40°C

